

单一来源方式论证专家签到表

2024年12月26日

项目名称：阿克苏地区第二人民医院购置放射科及导管室影像设备维保服务采购项目

序号	姓名	工作单位	联系电话	备注
1	刘海英	地区中心血站	18009178872	
2	李阳博	阿克苏市环水设计院	13399970006	
3	岑明华	阿克苏地区维吾尔医医院	13899219583	
4	高峰华	新疆白水河律师事务所	15699001160	
5	王敏	市西北医院	1813400511	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>王立军</u>	
	职称: <u>工程师</u>	
	工作单位: <u>市河北医院</u>	
项目信息	项目名称: 阿克苏地区第二人民医院购置放射科及导管室影像设备维保服务采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>本次维修设备均为西门子品牌, 维修过程涉及滑环、平板探测器、射线管精密部件, 原厂所生产的零配件才能匹配此类设备, 故本项目符合单一来源要件, 只能从唯一供应商处获得, 故特申请采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	<u>王立军</u>	日期: 2024年12月26日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 柳玲
	职称: 律师
	工作单位: 新疆阿门律师事务所
项目信息	项目名称: 阿克苏地区第二人民医院购置放射科及导管室影像设备维保服务项目
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>此次采购维保的设备属于精密、高档大型医疗设备,配套使用的软件硬件需要不定期改版升级,只有原厂能提供原厂完整补丁升级,提供全新对管、端环等备件;西门子医疗所提供的原厂备件和易损件均经过原厂检测,符合法律法规和质量标准的要求,确保性能匹配及正常运行;原厂工程师需要专业培训,需持有原厂合格有效的工程师授权上岗作业;西门子临床运营平台升级是西门子临床运营技术,包含大量自主知识产权,技术性强,软件系统为了保障与现有设备保持一致兼容性,此次项目采用单一来源方式从设备原厂进行采购,符合法律法规。</p>
专业人员签字	<p>柳玲</p> <p>日期: 2019年12月16日</p>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李保德	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 阿克苏市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 阿克苏地区第二人民医院购置放射科及导管室影像设备维保服务采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>本项目拟进行放射科及导管室影像设备维保服务, 因只有西门子原厂能提供原厂配件和造像维保, 且该设备属于大型精密设备, 维保要求很高, 为体检仪器设备与造像设备, 使用寿命, 建议采用原厂配件和维保服务, 综合考虑上述建议采用单一来源方式进行采购</p>	
专业人员签字	李保德	日期: 2024年12月26日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 柴同强
	职称: 主任医师
	工作单位: 阿克苏地区维吾尔医学院
项目信息	项目名称: 阿克苏地区第二人民医院购置放射科及导管室影像设备维保服务项目
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>阿克苏地区第二人民医院的CT设备生产厂家为西门子公司, 使用该厂配件会造成使用不匹配和安全隐患无法得到保障, 且CT核心部件CT球管和整机一同注册, 国内无可替代产品。</p> <p>《医疗器械注册管理办法》第四十一条规定: '产品名称, 型号, 规格, 结构及组成' 适用范围、产品技术要求, 注册人应当向原注册部门申请许可事项变更。球管是整机的核心部件及组成, 与整机一同注册, 按此条款要求, 整机需要重新注册, 同时球管具有不可替代性, 建议该项目采用单一来源采购方式。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">柴同强</div> <div style="text-align: right;">日期: 2024年12月26日</div> </div>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘海英
	职称: 主任技师
	工作单位: 地区中心血站
项目信息	项目名称: 阿克苏地区第二人民医院购置放射科及导管室影像设备维保服务采购项目
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>本项目中涉及西门子高端6排CT设备, 1.7T磁共振, 数字减影血管造影机等, 均属于大型精密影像设备, 是影像学检查的重要机器, 其硬件更换有严格要求, 只有原厂提供的原厂配件, 远程维修项目, 球管预警功能更能符合设备匹配性的要求。根据2024年6月1日生效的新版《医疗器械监督管理条例》第五十五条, 医疗器械经营企业、使用单位不得从无依法注册或者备案资格进口以及过期、失效、淘汰的医疗器械, 进口医疗器械无法溯源, 未经合法注册, 进口的6排CT球管不是整件, 科研平台均由原厂独家技术, 具有不可替代性。</p>
专业人员签字	<p>刘海英 日期: 2024年12月26日</p>

专利保护, 主机与球管的兼容性高, 其它生产厂家的球管无法与原厂所有的设备兼容, 建议采用单一来源方式进行采购。

新疆维吾尔自治区专业技术职务

任职资格证书


姓名：王新丰

性别：男

民族：汉族

出生日期：1983年7月13日

身份证号码：652901198307130411



级别：中级

专业名称：机械电子专业/机械制造工程

资格名称：工程师

授予时间：2020年11月20日

批准文号：新阿职字〔2020〕1号


证书编号：2020430050504290023119

评审组织机构：
(签发部门)




证书生成时间：2021年3月6日

在线验证：新疆智慧人社手机客户端
新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅
<http://rst.xinjiang.gov.cn/>



新疆维吾尔自治区专业技术职务 任职资格证书

姓名：柴国强
性别：男
民族：汉族



级别：正高级
专业名称：卫生健康专业/医学影像/超声波
医学
资格名称：主任医师
授予时间：2020年12月31日
批准文号：新阿职字〔2020〕15号
证书编号：202041104040129000371Q

出生日期：1966年2月22日
身份证号码：65290119660222653X

在线验证：新疆智慧人社手机客户端
新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅
<http://rst.xinjiang.gov.cn/>



评审组织机构：
(签发部门)

证书生成时间：2021年3月6日

新疆维吾尔自治区专业技术职务

任职资格证书

姓名：李海滨

性别：男

民族：汉族

出生日期：1970年2月21日

身份证号码：65310119700221203X



级别：副高级

专业名称：卫生健康专业/临床检验

资格名称：副主任技师

授予时间：2020年1月1日

批准文号：阿地职称办〔2020〕5号

证书编号：2020412040432290000212

评审组织机构：
(签发部门)



证书生成时间：2020年10月26日

在线验证：新疆智慧人社手机客户端
新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅
<http://rst.xinjiang.gov.cn/>



ئىسىم - نامىسى

姓名: 刘海英

جىنسى

女

خىلىتى

مىللىتى

汉族



تۇغۇلغان ۋاقتى

出生年月: 1969年7月

كەسىپ نامى

专业名称: 临床检验

سالاھىيەت نامى

资格名称: 主任技师

بېرىلگەن ۋاقتى

授予时间: 2015年12月25日

ئاساسلىق ھۆججەتى نومۇرى

批准文号: 新职称办(2016) 52号

ئىش ۋە ئورمان ئىستانسىسى


审批部门:

شۇمى

号

نومۇر لوقا

新职证字 20150211190



执业机构 新疆白水河律师事务所



执业证类别 专职律师

执业证号 16529201811043453

法律职业资格B20176529010004
或律师资格证号

发证机关 新疆维吾尔自治区司法厅

发证日期 2023 年 03 月 23 日



持证人 孟翠玲

性别 女

身份证号 654225198512030721

律师年度考核备案

考核年度	2023年5月1日至 2024年4月30日止
考核结果	称职
备案机关	
备案日期	

律师年度考核备案

考核年度	2024年5月1日至 2025年4月30日止
考核结果	称职
备案机关	
备案日期	