

喀什市伯什克然木乡卫生院 2025 年 2 月 至 3 月政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将喀什市伯什克然木乡卫生院 2025 年 2 月至 3 月采购意向公开如下：

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (万元)	预计采购时间 (填写到月)	备注
1	购买辐射 计量仪， 温湿度计	辐射计量仪：能量响应范围 10keV-3MeV，剂量测量范围：0.01 μ Sv/h-10Sv/h 可以自行设置报警阈值。响应时间小于 5 秒。工作环境-5-45 度。湿度 5-95%。 温湿度计： 测量范围：从-20 摄氏度到 70 摄氏度，测湿范围从 0%到 100%相对湿度 1。 精度：温湿度计测量结果与真实值之间的接近程度为 \pm 0.3 摄氏度。 稳定性：在长时间使用中，温湿度计保持测量结果一致。	0.14	2025 年 3 月	

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

喀什市伯什克然木乡卫生院

2025 年 2 月 6 日

