


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张文峰	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 自治区人民医院	
项目信息	项目名称: 乌鲁木齐市米东区中医医院电解质分析仪专用配套试剂耗材国产、过敏源试剂国产、全自动血型分析仪 Cardina-3000A 配套试剂耗材国产单一来源采购	
	供应商名称: 中山市中安医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	采购人乌鲁木齐市米东区中医医院拟购置电解质分析仪配套试剂过敏源试剂、全自动血型分析仪配套试剂以上试剂与专用机型配套使用,因生产企业技术专利保护,配套仪器不可使用开放试剂,只能使用专用试剂,市场无可替代开放试剂,为保证医院检验医疗工作正常开展,根据中华人民共和国政府采购法第三十条及财政74号令非公开招标管理办法相关规定,同意采取单一来源方式由唯一授权经销商处采购。	
专业人员签字		日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王程娟
	职称: 副主任医师
	工作单位: 新疆乌鲁木齐市公安局
项目信息	项目名称: 乌鲁木齐市米东区中医医院电解质分析仪专用配套试剂耗材国产、过敏源试剂国产、全自动血型分析仪 Cardina-3000A 配套试剂耗材国产单一来源采购
	供应商名称: 中山市中安医疗器械有限公司
专业人员论证意见	该项同拟采购的电解质分析仪配套试剂耗材、过敏源试剂、全自动血型分析仪配套试剂耗材,是与医院现有设备配套使用的专机专用配套试剂耗材,具有唯一性,只能从取得授权的唯一供应商处采购。为保证医院现有设备的正常使用,确保设备检测数据的精准性,满足医院的实际采购需求,根据《政府采购法》第二十一条及《政府采购法实施条例》的相关规定,同意该项目采用单一来源方式进行采购。
专业人员签字	王程娟 日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张 咏	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 新疆武警总队医院	
项目信息	项目名称: 乌鲁木齐市米东区中医医院电解质分析仪专用配套试剂耗材国产、过敏源试剂国产、全自动血型分析仪 Cardina-3000A 配套试剂耗材国产单一来源采购	
	供应商名称: 中山市中安医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	乌鲁木齐市米东区中医医院以采购的电解质分析仪专用试剂耗材, 过敏源试剂、全自动血型分析仪配套试剂及耗材均属于与医院现有设备配套使用的专机专用型试剂耗材。因目前国产企业专利技术保护等原因, 配套设备暂不能使用开放试剂。为确保医院检测工作的正常开展, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及财办[2001]74号令《非公开招标管理办法》的相关规定, 同意该项目采用单一来源方式从唯一授权经销商处采购。	
专业人员签字	张 咏	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。