

民丰县政府采购项目申报明细表

采购单位名称（盖章）：民丰县人民医院

采购项目
自编号：
金 856079 元
额合

序号	目录	产品 (项)	一般项目：规格、技术参数、性能要求、型号、简要规格描述	数量	计 量	单 价 (元)	预 算 总 金 额	交 货 地 点 / 备	图 片
1		电 子 气 管 镜	1、视场角 $\geq 120^\circ$ 2、头端部外径 $\leq 4.9\text{mm}$ 3、主软管外径 $\leq 4.9\text{mm}$ 4、景深：2-50mm 5、弯角：上 $\geq 160^\circ$ 、下 $\geq 130^\circ$ 6、钳道孔径 $\geq 2.0\text{mm}$ 7、工作长度 $\geq 600\text{mm}$ *8、需搭配科室现有的澳华主机使用	1	台	300000	300000		
2		二 氧 化 碳 激 光 治 疗 仪	1. 激光波长： $10.6\mu\text{m}$ 2. 输出功率：连续输出0.5-30W, 调制脉冲输出0.3-15W, 峰值功率450W 3. 输出方式：连续输出，单脉冲，重复脉冲，调制脉冲 4. 瞄准光：红色半导体激光 5. 光路传输：7关节导光臂，具有 $r=100\text{mm}$, $f=50\text{mm}$ 两种聚焦刀头，并配有多科室手术手具	1	台	130000	130000		

民丰县政府采购项目申报明细表

采购单位名称（盖章）：民丰县人民医院

采购项目
自编号：
金额合 856079 元

序号	目录	产品（项）	数量	计量	单价（元）	预算总金额	交货地点/备	图片	
		<p>一般项目：规格、技术参数、性能要求、型号、简要规格描述</p> <p>脉动真空灭菌器</p> <p>1.用途：用于耐高温的手术器械、器具、器皿等物品在高温压力蒸汽环境下杀灭细菌，实现物品灭菌。 2.原理：将手术器械、器具、器皿、辅料等物品置于设备内舱，使用抽空装置将内舱及器械包中冷空气抽出，在预真空条件下通入饱和蒸汽，在一定的温度+时间的作用下，杀灭一切细菌、病毒等生物及芽孢，最后进行器械干燥。 3.★容积：≥990L；提供内室尺寸。 4.★蒸汽源：自产蒸汽或外接蒸汽源或外接独立蒸汽发生器。 5.主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻；主体保温为玻璃棉，厚度≥60mm。 6.焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。 7.★材质：内壳SUS304不锈钢，厚度≥6mm，夹层SUS304不锈钢，厚度≥6mm。提供设备铭牌及产品质量证明书前几页。8.★使用寿命：≥10年/20000次灭菌循环，提供设备铭牌及产品质量证明书前几页。 9.设计压力：-0.1-0.3Mpa10.设计温度：≥140℃11.程序运行时间：≤55分钟。 12.灭菌温度：105-138℃，温度可调。13.灭菌时间：0-99min，时间可调。14.干燥时间：0-99min，时间可调。 15.脉动真空方式：采用跨压脉重方式，即连续3次负压脉冲后，1次跨压脉冲，再执行3次正压脉冲，确保抽真空效果，脉冲次数可调。16.密封门结构：前后双门，双门互锁；材质为SUS304不锈钢，具有门齿及门加强筋； 17.开门方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门；具有压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开；双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作（适用于双扉灭菌器） 18.门胶圈：为圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封，提供依据。 19.管路系统：管路为卫生级不锈钢材质，管道直接卡箍连接方式； 20.降噪系统：配置缓冲水箱，用于节水降噪装置，提供依据21.阀门数量：阀门数量≥7个，热水/蒸汽控制阀门采用气动阀，冷水阀采用电磁阀，提供各阀门明细及功用。 22.★压力检测：双压力检测控制装置，即：内室、夹层均使用高精度电子压力变送器，并可将夹层内室压力在屏幕上实时显示，可通过屏幕直接控制夹层及内室压力，提供依据。</p>							

民丰县政府采购项目申报明细表

采购单位名称（盖章）：民丰县人民医院

采购项目
自编号：金 856079 元
额合

序号	目录	产品 (项)	一般项目：规格、技术参数、性能要求、型号、简要规格描述	数量	计 量	单 价 (元)	预 算 总 金 额	交 货 地 点/备	图 片
3			<p>23. ★进口部件：单级直连式水环真空泵、压力变送器、板式换热器、电磁阀、疏水阀等关键部件为进口品牌，提供全部明细并提供进口配件报关单。</p> <p>24. ★维修方式：单侧维修，所有配件、电箱集中一侧，维修方向可选，满足极窄安装环境需要，提供依据。25. ★显示屏：≥8寸真彩触摸屏，分辨率：640 × 480；灭菌程序的压力、灭菌时间等参数可根据需要进行调整；具有报警信息显示功能，提供报警界面照片及报警内容明细。26. 权限管理：具有三级以上权限进入系统，包含操作员：设备操作相关权限；工艺员：设备操作和相关程序工艺参数调整的权限；管理员：具有设备操作、程序参数调整和系统参数调整的所有权限；其他权限等，提供依据。</p> <p>27. ★灭菌程序：程序数量≥18套，灭菌类程序≥8套，测试类程序≥3套，辅助程序≥2套，自定义程序≥5套；灭菌类包含敷料、器械、快速、骨科、脓毒体、管腔等程序；测试类包含:BD、PCD、泄露等程序；辅助类包含预热、干燥等程序，提供程序界面图片并列明全部程序数量。</p> <p>28. ★打印记录：配置热敏打印机；可将灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等打印；可实时打印运行过程中的报警信息，提供依据。</p> <p>29. ★重复打印：系统操作屏幕内有可重复打印功能，防止因无打印纸、打印机故障造成物理记录缺失，提供操作界面照片。30. 安全保护：超压保护：内室及夹层压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理；提供其他保护相关信息。</p> <p>31. 尺寸：提供 外形尺寸、内室尺寸。32. 能源：提供电源及功率、压缩气、给水、排水要求。</p> <p>33. ★许可证要求：提供《特种设备生产许可证-压力容器制造》、《特种设备生产许可证-特种设备安装、改造、维修》，两证为同一生产厂家。34. ★专利证明：提供≥8份设备专利证明。</p> <p>35. ★检测报告：提供≥3份省级以上单位出具检测报告，包含灭菌效果检测报告、电器安全性能检测报告、卫生安全评价报告等。</p> <p>36. 配置要求：主体1个、不锈钢消毒车1辆、不锈钢搬运车2辆，安全阀2套、压力表各2套，空压机（选配）1台。</p> <p>37. 使用登记证：设备属于压力容器，使用前办理好该设备的压力容器使用证。</p> <p>38. ★用户要求：在新疆同类产品用户≥30家，并提供详细用户名单及联系方式。39. ★售后服务： (1) 在和田地区有2名以上厂家维修工程师，并提供详细用户名单及联系方式。 (2) 终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员。 (3) ★售后服务客户满意度：提供≥5份加盖终端用户公章的售后服务客户满意度调查表。</p>	1	台	354079	354079		

民丰县政府采购项目申报明细表

采购单位名称（盖章）：民丰县人民医院

采购项目
自编号：
金 额 合 856079 元

序号	目录	产品（项）	一般项目：规格、技术参数、性能要求、型号、简要规格描述	数量	计量	单价（元）	预算总金额	交货地点/备	图片
4		医用低速离心机（96孔）	主机一台 4*600水平吊篮一套+4*25*2-5ml 适配器一套	2	台	10000	20000		
5		医用新型多功能恒温箱（手术室的加温箱）	<p>【容 积】150L 【温度范围】2~48℃ 【额定电压】AC220V 【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595×570×865mm 【商品重量】47kg 【气候类型】N. SN 【额定输入功率】100W1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。 4、智能电脑温度控制器，LED数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。 5、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。 7、制冷系统与PTC制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。压缩机制冷或PTC制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。 11、箱体采用优质钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备LED照明设施，方便夜间观察储存的物品。</p>	2	台	13000	26000		

民丰县政府采购项目申报明细表

采购单位名称（盖章）：民丰县人民医院

采购项目
自编号：
金 856079 元
额合

序号	目录	产品（项） 一般项目：规格、技术参数、性能要求、型号、简要规格描述	数量	计量	单价 (元)	预算总 金额	交货地 点/备	图 片
6		<p>快速全自动清洗消毒器用的洗碗清洗架</p> <p>(1)用途：用于弯盘、换药碗的装载及清洗消毒。 (2)要求：跟医院科室全自动清洗机匹配。 (3)★结构：三层、带喷淋臂、包含弯盘架及碗盘架；喷淋臂可拆卸，便于清理喷淋臂内部污物，提供依据。 (4)处理能力：一次性处理≥60个弯盘及≥50个换药碗。 (5)材质：316L不锈钢。 (6)尺寸：自行提供。</p>	1	台	26000	26000		

注：1、此表和《申报审批表》必须配套填报；2、表格可自行调整高度，行数不够时，可按序号加行填写；3、“金额”及“合计”已设置自动计算公式；4、“单价”