

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

[illegible]

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	刘振东
	职称:	副主任医师
	工作单位:	解放军第8医院.
项目信息	项目名称:	和田地区传染病专科医院 2025 年检验试剂采购项目
	供应商名称:	和田汇鑫康健卫生投资有限责任公司
专业人员论证意见	(<u>专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由</u>) 即该医用设备中瑞杰公司的液冷式离心机、台式电孵箱等仪器。原装进口于各所仪，还有全能的流式细胞仪、贝立保培养基分析仪、由国研吸道力胶控分析仪。由于生产厂家缺乏知识产权保护措施，其他品牌的试剂、耗材无法在上述仪器设备上应用，取得数据，只有原厂生产或厂家授权的经销商处购买相关配套的试剂和耗材，才能保证仪器设备正常使用，服务临床。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条对特殊74号令“政府平均招标方式”的补充规定，同意采取单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	刘振东.	日期 2025 年 4 月 30 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘松
	职称: 工程师
	工作单位: 自治区第二人民医院
项目信息	项目名称: 和田地区传染病专科医院 2025 年检验试剂采购项目
	供应商名称: 和田汇鑫康健卫生投资有限责任公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该单位拟采购的全自动流式细胞仪专用试剂、电解质检测试剂、白克肝专用试剂等一批,是适用于该院现有检验设备,由于各厂家设备检测原理、参数均有所不同,且厂家具有技术专利与技术保护等措施,产品具有唯一性,试剂无开放通道,且只能从指定供应商处获得,为满足临床使用需求,依照《中华人民共和国政府采购法》第二十一条、74号令《政府非招标采购管理办法》相关规定,同意采用单一来源方式采购。
专业人员签字	刘松 日期 2025 年 4 月 30 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李双
	职称: 副主任技师
	工作单位: 军区药品仪器检验所
项目信息	项目名称: 和田地区传染病专科医院 2025 年检验试剂采购项目
	供应商名称: 和田汇鑫康健卫生投资有限责任公司
专业人员论证意见	医院现有科瑞生自动涂片仪、瑞特电镜分析仪、欧蒙免疫分析仪、迈瑞全自动流式细胞仪、贝迪液体培养检测仪、安图九项呼吸病毒检测仪等检验设备。在开展临床检验项目时,需使用玻片、染色液、盖玻片、试剂、电极、检测试剂盒、分离液、缓冲液、清洗液、培养基、核酸品质控制试剂和耗材。需用原厂配套试剂和耗材才能完成检测。其他品牌试剂和耗材无法在该机上使用,不能完成检测流程,无法获得检测报告。因此,根据政府采购货物和服务招标文件,符合相关规定,同意采用单一来源采购方式。
专业人员签字	李双 日期 2025 年 4 月 30 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>姜岩峰</u>	
	职称: <u>高工</u>	
	工作单位: <u>自治区职业病医院</u>	
项目信息	项目名称: 和田地区传染病专科医院 2025 年检验试剂采购项目	
	供应商名称: 和田汇鑫康健卫生投资有限责任公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本项目采购的产品为用户现有主机设备全自动免疫分析仪及免疫分析仪、电解质检测、血常规检测、全自动流式细胞仪、液体培养分析仪、呼吸道检测等仪器专用耗材。由于产品制造厂商知识产权和技术保护措施,以上产品无替代品,具备唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条,74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定,同意本项目采用单一来源方式从产品合法授权代理商处进行采购。	
专业人员签字	<u>姜岩峰</u>	日期 <u>2025</u> 年 <u>4</u> 月 <u>30</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。