

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨晓梅
	职称:	副主任医师
	工作单位:	喀什地区第一人民医院
项目信息	项目名称:	和田地区传染病专科医院 2025 年检验试剂采购项目
	供应商名称:	江西洁得医疗器械有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 经调研拟采购的生化分析仪品牌较多，但考虑到包内所需试剂及配套耗材的品牌兼容性，以及后续维护的便利性，建议采购同一品牌的生化分析仪。该品牌生化分析仪在性能和稳定性方面表现优异，且其试剂和耗材的价格相对较低，能够有效降低医院的运行成本。此外，该品牌生化分析仪具有良好的售后服务体系，能够及时响应医院的需求并提供专业的技术支持。综上所述，建议采购该品牌的生化分析仪。	
专业人员签字	杨晓梅	日期 2025 年 4 月 30 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘振东	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 解放军第18医院.	
项目信息	项目名称: 和田地区传染病专科医院 2025 年检验试剂采购项目	
	供应商名称: 江西洁得医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该医院在用设备: 希森美康血细胞分析仪(CS50), 杰氏(PHO)血气分析仪, BD(碧迪)1960 凝血仪, PCR 分析仪。该项目拟采购的血细胞分析仪稀释液、血气试剂包、血常规联合试剂盒、倍捷名技杆菌感染检测试剂盒、倍捷名技杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒等多种试剂耗材均为上述仪器设备标配使用。由于生产厂家知识产权和技术保护措施, 其他厂家生产或其他品牌的试剂耗材无法在上述仪器设备上使用, 取得准确检测数据。且经原厂和原厂授权生产商处采购, 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条, 财政部74号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定, 同意采用单一来源方式从原厂和原厂授权处采购。	
专业人员签字	刘振东	日期 2025 年 4 月 30 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>王/胡/芳</u>	
	职称: <u>工程师</u>	
	工作单位: <u>自治区第二人民医院</u>	
项目信息	项目名称: 和田地区传染病专科医院 2025 年检验试剂采购项目	
	供应商名称: 江西洁得医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u> 该单位拟采购的仪器为折光、血气分析仪、核酸检测实验室试剂一批。是适用于该院现有检验试剂的专用试剂。由于各厂家检测设备的检测原理检测参数均有所不同。厂家具有技术专利与技术保护措施。试剂无开放通道。其余产品无法配套使用。产品具有唯一性。只能从指定供应商处索取。为满足临床使用需求。依照《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74号政府采购非招标采购方式管理办法的规定。同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	<u>王/胡/芳</u>	日期 <u>2025年4月30日</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李斌
	职称: 副主任医师
	工作单位: 军区药品仪器研究所
项目信息	项目名称: 和田地区传染病专科医院 2025 年检验试剂采购项目
	供应商名称: 江西洁得医疗器械有限公司
专业人员论证意见	医院现有希森美康血细胞分析仪、诺瓦血气分析仪、BD 金迪杆菌检测仪、银科细菌检测仪、联宇、博奥超净工作台检测仪、微杰、麦海 T 细胞检测仪等检测仪器。在开展临床检测项目检测时, 需用江西洁得检测试剂盒、培养基、培养管、试剂、电极、溶血剂、稀释液、染色液、质控品、校准品等试剂耗材。其他用品件试剂耗材在该机上无法完成检测流程, 无法获得检测数据。因此, 根据政府采购法第三十一条、74 号令相关规定, 同意采用单一来源采购。
专业人员签字	李斌 日期 2025 年 4 月 30 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>姜岩峰</u>	
	职称: <u>高工</u>	
	工作单位: <u>自治区职业病医院</u>	
项目信息	项目名称: 和田地区传染病专科医院 2025 年检验试剂采购项目	
	供应商名称: 江西洁得医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本项目采购产品为用户现有血细胞分析仪、血气分析仪、自动免疫分析仪和结核病专用实验室配套使用耗材。由于产品生产商知识产权和技术保护措施,其他厂商的产品无法与用户现有设备和实验室匹配,该采购项目的产品具备唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条,74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定,同意本项目采用单一来源方式从产品的合法授权代理商处进行采购。	
专业人员签字	<u>姜岩峰</u>	日期 <u>2025</u> 年 <u>4</u> 月 <u>30</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。