

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: <u>刘永</u> 职称: <u>工程师</u> 工作单位: <u>喀什地区疾病预防控制中心</u>	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心健康所 2025 年试剂耗材采购 标项二试剂耗材及质控品采购项目 供应商名称: <u>深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司</u>	
专业人员 论证意见	本项目拟采购的迈瑞品牌的核酸检测试剂，经论证认为迈瑞品牌试剂与目前所采购的迈瑞品牌试剂相比，具有更高的灵敏度和特异性，且试剂稳定性好，检测结果准确可靠。同时，迈瑞品牌试剂具有良好的性价比，能够满足本中心日常检测工作的需要。因此，建议采购迈瑞品牌试剂。 论证人: <u>刘永</u> 日期: <u>2025年3月17日</u>	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李</u> 职称: <u>主任技师</u> 工作单位: <u>乌市血库中心</u>	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心健康所 2025 年试剂耗材采购 标项二试剂耗材及质控品采购项目 供应商名称: <u>深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司</u>	
专业人员论证意见	本项目拟采购一批甲状腺功能试剂,该试剂适用于该院目前所用全自动化学发光免疫分析仪迈瑞CL-800i。迈瑞CL-800i 全自动化学发光免疫分析仪采用封闭式检测系统设计,其试剂与仪器通过技术参数匹配,反应体系兼容性强,能兼容各种试剂,能够实现精准检测,同时,需依赖原厂深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产的试剂,特异性抗体和配套反应体系。其他厂商试剂因反应条件(如温度、pH值、反应时间)不同,可能导致检测结果偏差。各品牌试剂均无排他性条款。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)规定,同意采用单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	<u>李</u>	日期 <u>2025 年 3 月 17 日</u>

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 李华	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 新疆医科大学附属医院	
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心健康所 2025 年试剂耗材采购 标项二试剂耗材及质控品采购项目	
	供应商名称: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	
专业人员 论证意见	本项目为甲状腺功能检测试剂, 要求适用于采购单位使用的全自动化学发光免疫分析仪迈瑞 CL-8000i, 该仪器采用封闭式检测系统设计, 其试剂与仪器通过技术参数匹配、反应体系兼容性 & 智能条码识别等措施实现精准协同。甲状腺功能检测所需试剂 FT₃、FT₄、Anti-TPO、Anti-TG、TSH 等, 需依赖原厂试剂的特异性抗体和配套反应体系, 其他厂商生产的试剂技术参数不满足仪器正常使用的需求。经过对该项目招标文件的技术审查, 技术参数标准规范无缺项漏项, 无歧视性倾向性条款, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号) 规定, 同意采用单一来源采购方式。	
专业人员 签字	李华	日期 2025 年 3 月 17 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。