

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 邱伟	
	职称: 高工	
	工作单位: 乌鲁木齐市中医医院	
项目信息	项目名称: 吐鲁番市人民医院购置 CT 球管、电源分配板等维修配件	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	现申报拟购西门子CT机球管, 电源板等配件为旧号使用的西门子双源CT机配套的重要耗材, 由于其特殊性和专利权各类型号的CT机只能由各自的CT主机相匹配, 均不能互换互用. 只能从设备主机的厂家唯一渠道购置, 既只能从西门子医疗系统有限公司购置. 因此采取单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	邱伟	日期: 2024年12月13日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	李红叶
	职称:	主任技师
	工作单位:	兵团疾控中心
项目信息	项目名称:	吐鲁番市人民医院购置 CT 球管、电源分配板等维修配件
	供应商名称:	西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	用户现有的CT设备为西门子医疗系统有限公司生产的双源CT,其中重要的核心部件CT球管及电源分配板等配件也需要根据使用寿命要求进行更换,各品牌的CT球管等为主机专用,无法替代使用,具有唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条,《中华人民共和国政府采购法实施条例》关于单一来源采购的相关规定,同意采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	李红叶	日期:2024年12月13日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 韩伟奇	
	职称: 工程师	
	工作单位: 自治州中心医院	
项目信息	项目名称: 吐鲁番市人民医院购置 CT 球管、电源分配板等维修配件	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	该院拟采购 CT 球管、电源分配板等维修项目。由于该项目的之机是西门子生产的产品,其他第三方的产品在兼容性上不能满足要求,无法正常使用,只能用原厂的产品才能使设备正常使用。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条,74号令关于单一来源的相关政策法规,同意该院采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	韩伟奇	日期: 2024 年 12 月 13 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。