

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	刘金龙	
	职称:	工程师	
	工作单位:	白河县第三人民医院	
项目信息	项目名称:	植入式无导线心脏起搏器	
	供应商名称:	雅培医疗器械	
专业人员论证意见	<p>该单位拟采购的植入式无导线心脏起搏器，是用于为心脏提供起搏和感知，相较于其他同类产品，雅培Aveir极小可用于1.5T的核磁共振成像检查。是唯一能够做到可取出的植入式心脏起搏器。且可升级为双腔起搏的无导线起搏器。该起搏器具有240mAh以上的电池容量，使用寿命可达10年以上。起搏基本频率范围为50-170次/分钟，可适应不同年龄组患者。依照《中华人民共和国政府采购法》第三十条、74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定，同意采用单一来源方式采购。</p>		
专业人员签字	刘金龙	日期 年 月 日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李旭</u>
	职称: <u>主任技师</u>
	工作单位: <u>马市血液中心</u>
项目信息	项目名称: <u>植入式无导线心脏起搏器</u>
	供应商名称: <u>雅培医疗器械</u>
专业人员论证意见	<p>1. 技术唯一性: 植入式无导线心脏起搏器采用了独特的Mira技术, 无需传统起搏器导线和导线, 目前市场上其他品牌产品无法在技术上实现达到如此高度的集成与微创效果, 该技术独特性使雅培产品在治疗特定心脏疾病方面具有不可替代优势。</p> <p>2. 大量研究数据表明, 该起搏器在长期使用过程中展现出极高的稳定性和安全性, 其使用寿命长, 能满足患者终身使用需求。</p> <p>3. 唯一可并认为双腔起搏器与无导线起搏器可为更广阔适应证患者群体带来全新的治疗选择, 从保障医疗质量和患者安全角度出发, 同意采用单一来源方式进行治疗采购。</p>
专业人员签字	<u>李旭</u>
	日期 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张彦
	职称: 副主任医师
	工作单位: 武警医院
项目信息	项目名称: 植入式无导线心脏起搏器
	供应商名称: 雅培医疗器械
专业人员论证意见	<p>该单位拟采购植入式无导线心脏起搏器, 目前雅培比美产品可用于5T的核磁共振成像, 是唯一可做到的可取出的植入式心脏起搏器, 且可升级为双腔起搏的无导线心脏起搏器, 具有储备电池 $\geq 240\text{mAh}$, 使用寿命 ≥ 10 年, 基础频率范围 $30 \sim 170$ bpm, 适用于不同年龄患者, 根据《中年痴呆和周围血管病防治指南》和《国家卫健委关于印发〈国家基本药物目录(2018年版)〉的通知》, 市场同类产品, 同类型第一事项各自进行。</p>
专业人员签字	<p>张彦</p> <p>日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源论证专家名单

专家类别	姓名	工作单位	职称	联系电话	备注
技术专家	李旭	乌鲁木齐市血液中心	主任技师	13579284258	
技术专家	张琼	武警医院	副主任护师	18999223016	
技术专家	刘云龙	新疆维吾尔自治区第三人民医院	工程师	18999929066	