

乌鲁木齐市第四人民医院2024年试剂采购项目单一来源论证专家名单

序号	姓名	工作单位	职称	联系电话	备注
1	吕文珍	刘益源医院	副教授	1899923157	
2	蔡	新医大一附院	工程师	13699974989	
3	王忠明	军区总医院	高工	13999911071	

2024年12月24日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 朱文	
	职称: 工程师	
	工作单位: 新医大一附院	
项目信息	项目名称: 阿尔茨海默相关神经丝蛋白	
	供应商名称: 深圳市安群生物工程有限公司	
专业人员论证意见	<p>阿尔茨海默病相关神经丝蛋白是诊断阿尔茨海默病的生物标志物, 由神经无细胞骨架蛋白和谷氨酸、谷氨酰胺在中枢神经系统神经元中, 尤其是在大脑皮层、海马等与认知功能密切相关区域, 该试剂检测范围 0.25 ng/ml - 10 ng/ml, 灵敏度 $Y > 0.98$, 精密度 CV 批内 $\leq 15\%$, 批间 $\leq 20\%$ 原装试剂用配套试剂, 与医院原有试剂兼容使用, 经公开招标仅有一家企业报名, 考虑与原有试剂配套使用, 同意采用单一来源的方式采购。</p>	
专业人员签字	朱文	日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明
	职称: 高工
	工作单位: 军区总医院
项目信息	项目名称: 阿尔茨海默相关神经丝蛋白
	供应商名称: 深圳市安群生物工程有限公司
专业人员论证意见	<p>该院拟采购的阿尔茨海默相关神经丝蛋白试剂, 要求 1. 线性范围 0.25-10 mg/ml, 相关系数 $r \geq 0.98$, 2. 正常参考值 ≤ 1.5 mg/ml, 3. 准确性相对偏差 $\leq \pm 15\%$, 4. 批内 CV $\leq 15\%$, 批间 $\leq 20\%$, 5. 灵敏度 ≤ 0.25 ng/ml.</p> <p>目前, 国内只有深圳市安群生物工程有限公司独家生产该产品, 无替代品, 具有唯一性. 根据《政府采购法》第三十一条, 74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源方式采购的相关规定, 同意采用单一来源方式采购.</p>
专业人员签字	王忠明 日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吕河子	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 武警医院	
项目信息	项目名称: 阿尔茨海默相关神经丝蛋白	
	供应商名称: 深圳市安群生物工程有限公司	
专业人员论证意见	<p>该医院拟采购的阿尔茨海默相关神经丝蛋白试剂, 为体外检测范围 $0.25\text{ng/ml} \sim 10\text{ng/ml}$, 精密度高, 检测时间 ≤ 3 小时, 同时便于使用和检测, 据了解, 该试剂属于自主研发, 由深圳市安群生物工程有限公司生产, 产品具有唯一性。依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条第一款和《政府采购法》第三十一条第一款之规定, 同意采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	吕河子	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。