

# 论 证 专 家 签 到 表

序号	姓 名	性 别	职 务 / 职 称	所 属 单 位	联 系 电 话	签 到
1	盖岩峰	男	高级工程师	新疆维吾尔自治区第三人民医院	18999929066	盖岩峰
2	蒋秉梁	男	高级工程师	新疆医科大学第一附属医院	13999959081	蒋秉梁
3	郑得宁	男	副主任技师	武警新疆总队医院	18999223158	郑得宁
4						
5						
6						
7						
8						
9						

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 姜岩峰
	职称: 高工
	工作单位: 自治区第三人民医院
项目信息	项目名称: 和静县人民医院 CT、钼靶机维保项目
	供应商名称: 新疆亦恒信息技术有限公司
专业人员论证意见	<p>本项目采购的 CT 机和钼靶机维保服务包含硬件和软件, 由于主机设备生产厂家知识产权和技术保护措施, 第三方维保公司无法实现全面的维保服务, 更无法保障用户设备的安全和有效性。该维保服务具备唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、7 号令《政府采购非招标采购方式管理办法》中关于单一来源采购的相关规定, 为确保用户现有设备安全、有效的工作, 同意本项目采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	姜岩峰
	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：蒋秉梁	
	职称：高级工程师	
	工作单位：新疆医科大学第一附属医院	
项目信息	项目名称：和静县人民医院CT、钼靶机维保项目	
	供应商名称：新疆亦恒信息技术有限公司	
专业人员论证意见	<p>医院现有的CT机为高端CT机型，除日常扫描外，还能对心脏进行扫描。对于该机型的维保方案，尤其是CT的核心设备，球管的保修，目前第三方维修公司还未掌握。该款CT的高端技术，为保证整机性能的匹配性，图像质量的稳定性及使用安全，购买原厂的保修，可以使设备发挥出更好的性能。同理，钼靶机使用原厂保修，能保证设备的稳定性和使用持续性，为保证设备正常运转及故障后的维修效率，建议选择具有厂家授权的服务机构进行维保服务。建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	蒋秉梁	日期：2015年3月5日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郑得宁
	职称: 副主任技师
	工作单位: 武警新疆总队医院
项目信息	项目名称: 和静县人民医院 CT、钼靶机维保项目
	供应商名称: 新疆亦恒信息技术有限公司
专业人员论证意见	<p>拟采购的CT、钼靶机维保项目为GE公司生产的高端产品,要求软件和各项硬件匹配性高,各种零配件必须通过原厂认证且有经原厂培训合格的工程师团队维保。第三方维修公司无法提供原厂核心备件,特别是球管;无法完成设备系统软件升级服务、远程诊断核心产品电子技术保护;根据法律依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购非招标采购方式采购》的相关规定,建议同意该项目采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	<p>郑得宁</p> <p>日期:       年   月   日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写