

论 证 专 家 签 到 表

序号	姓 名	性 别	职务/职称	所 属 单 位	联系电话	签到
1	盖岩峰	男	高级工程师	新疆维吾尔自治区第三人民医院	18999929066	盖岩峰
2	薛双	男	工程师	自治区中医医院	13579871998	薛双
3	蒋秉梁	男	高级工程师	新疆医科大学第一附属医院	13999959081	蒋秉梁
4						
5						
6						
7						
8						
9						

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 姜岩峰	
	职称: 高工	
	工作单位: 自治区第三人民医院	
项目信息	项目名称: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院检验科试剂耗材 采购项目 (标项一: 糖化检测仪试剂)	
	供应商名称: 新疆生荣医学科技有限公司	
专业人员论证意见	本项目采购试剂为用户现有普莱默斯品牌的糖化检测仪配套质控液, 按照试验室质控要求, 质控液必须采用原厂质控液和第三方质控液共同对比, 才能确保质控质量。本产品具有唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条, 74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定, 同意本项目采购产品采用单一来源方式从产品合法授权代理商处进行采购。	
专业人员签字	姜岩峰	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 薛双	
	职称: 工程师	
	工作单位: 乌审旗中心医院	
项目信息	项目名称: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院检验科试剂耗材采购项目 (标项一: 糖化检测仪试剂)	
	供应商名称: 新疆生荣医学科技有限公司	
专业人员论证意见	巴州人民医院拟采购的糖化检测仪试剂, 是对病人生理指标进行检测并提供治疗方案的技术性产品, 医院院所拟采购检测仪是进口设备, 其硬件软件及程序及试剂、校准品均与其他同类产品不同, 设计不同, 方法不同, 识别能力不同, 国内市场不能获取, 为保证检测结果的安全有效, 依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74号令以及政府采购关于单一来源的采购规定, 同意采用单一来源方式, 从国内代理商(生荣公司)采购与本设备相匹配的糖化检测仪试剂及校准品。	
专业人员签字	薛双	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 蒋秉梁	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 新疆医科大学第一附属医院	
项目信息	项目名称: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院检验科试剂耗材采购项目 (标项一: 糖化检测仪试剂)	
	供应商名称: 新疆生荣医学科技有限公司	
专业人员论证意见	糖化检测仪所用的质控试剂, 属于专用试剂, 不能用其他品牌质控试剂代替, 将会造成设备质控不合格, 所测出的结果失控, 无法进行诊断, 故该试剂, 只能通过单一来源采购的方式进行购买。	
专业人员签字	蒋秉梁	日期: 2015年4月14日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 姜岩峰	
	职称: 高工	
	工作单位: 自治区第三人民医院	
项目信息	项目名称: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院检验科试剂耗材采购项目 (标项二: 生化分析仪耗材)	
	供应商名称: 国药新疆库尔勒医药有限责任公司	
专业人员论证意见	本项目采购产品为用户现有生化分析仪配套使用的各类校正品、清洗液、电极、灯泡等产品, 由于设备生产厂商知识产权和技术保护措施, 其他厂商的产品无法与用户现有主机配套使用, 产品具有唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条; 74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定, 同意将本项目采购产品采用单一来源方式从产品合法授权代理商处进行采购。	
专业人员签字	姜岩峰	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>薛双</u>
	职称: <u>工程师</u>
	工作单位: <u>乌尔区中心医院</u>
项目信息	项目名称: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院检验科试剂耗材采购项目 (标项二: 生化分析仪耗材)
	供应商名称: 国药新疆库尔勒医药有限责任公司
专业人员论证意见	巴州人民医院拟采购的生化分析仪耗材极难品, 是医疗活动中对病人理化指标进行分析和提供诊断依据所必需具有的产品, 因设计生产该仪器, 软件软件识别分析方式不同, 所用耗材也不同, 国内市场其他耗材无法匹配, 不能保证安全有效。据了解国药新疆医药有限公司提供。为满足患者需求, 依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定, 同意采用单一来源方式从代理该处采购医院所需与原设备相匹配的生化分析仪耗材极难品, 形成于案。
专业人员签字	<u>薛双</u> 日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 蒋秉梁	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 新疆医科大学第一附属医院	
项目信息	项目名称: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院检验科试剂耗材采购项目 (标项二: 生化分析仪耗材)	
	供应商名称: 国药新疆库尔勒医药有限责任公司	
专业人员论证意见	生化分析仪中的复合校准品、特种蛋白校准品、前白蛋白校准品、脂类校准品以及脂蛋白校准品等均属于专用试剂, 其使用目的是为了能让生化设备的结果符合质量验收的要求, 如若采用别的品牌质控品, 那么该设备将会失控, 质量检测结果不合格, 造成检测样本的值不稳定, 无法进行诊断要求, 故该批试剂只能通过单一来源采购方式进行购买。	
专业人员签字	蒋秉梁	日期: 2025年4月14日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 姜岩峰	
	职称: 高工	
	工作单位: 自治区第三人民医院	
项目信息	项目名称: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院检验科试剂耗材采购项目 (标项三: 干式生化分析仪试剂)	
	供应商名称: 国药新疆库尔勒医药有限责任公司	
专业人员论证意见	本项目采购产品为用户现有干式生化分析仪配套试剂及耗材, 由于主机设备生产厂家知识产权和技术保护措施, 其他厂家的产品无法与用户现有主机匹配, 产品具有唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条, 74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定, 同意本项目采购产品采用单一来源方式从产品合法授权代理商处进行采购。	
专业人员签字	姜岩峰	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 蒋来梁	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 新疆医科大学附属医院	
项目信息	项目名称: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院检验科试剂耗材采购项目 (标项三: 干式生化分析仪试剂)	
	供应商名称: 国药新疆库尔勒医药有限责任公司	
专业人员论证意见	本次采购的相关试剂和质控品以及校准品均属于专用试剂,且质控试剂与检验试剂配套使用,确保检测结果的准确、真实,质量控制合格,诊断结果满足临床需求,故该批试剂通过单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	蒋来梁	日期: 2025 年 4 月 14 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 薛双	
	职称: 工程师	
	工作单位: 自治区中医院	
项目信息	项目名称: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院检验科试剂耗材采购项目 (标项四: 全自动化学发光检测仪试剂)	
	供应商名称: 国药新疆库尔勒医药有限责任公司	
专业人员论证意见	巴州人民医院拟采购的全自动化学发光检测仪试剂, 是医院对病人现代检测世界性检测分析并提提供临床诊断所必需的产品, 医院现有在用设备为进口, 国产的或其他品牌试剂不能通用匹配。设计制造等不同软硬件设计识别分析能力不同, 结果有较大差异, 为确保医院检测准确、满足临床及临床需求, 依据《中华人民共和国政府采购法》第31条规定以及政府采购的单一来源的采购规定, 同意采购单一来源, 方为合格供应商处采购与医院主设备相匹配的全自动化学发光检测仪试剂。	
专业人员签字	薛双	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 蒋秉梁.	
	职称: 高级工程师.	
	工作单位: 新疆医科大学第一附属医院	
项目信息	项目名称: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院检验科试剂耗材采购项目 (标项四: 全自动化学发光检测仪试剂)	
	供应商名称: 国药新疆库尔勒医药有限责任公司	
专业人员论证意见	本次采购的试剂、质控品、校准品均属于专用试剂, 医院前已有全自动化学发光检测仪器, 为确保检测结果真实有效, 质量控制合格, 诊断结果满足临床需求, 故该批试剂通过单一来源方式进行购买。	
专业人员签字	蒋秉梁	日期: 2025 年 4 月 24 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>姜岩峰</u>	
	职称: <u>高工</u>	
	工作单位: <u>自治区第三人民医院</u>	
项目信息	项目名称: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院检验科试剂耗材采购项目 (标项四: 全自动化学发光检测仪试剂)	
	供应商名称: 国药新疆库尔勒医药有限责任公司	
专业人员论证意见	本项目采购产品为用户现有全自动化学发光检测仪配套使用试剂盒, 由于设备主产厂家知识产权和技术保护措施, 其他厂家的产品无法与用户现有主机匹配, 产品具有唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条; 74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定, 同意本项目采购产品采用单一来源方式从产品合法授权代理商处进行采购。	
专业人员签字	<u>姜岩峰</u>	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写