


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 冯方
	职称: 副主任医师
	工作单位: 武警医院
项目信息	项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院瓦里安医用直线加速器维保服务项目
	供应商名称: 重庆市和湘医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>该院拟采购瓦里安医用直线加速器, 要求购买保修, 包括所有的部件、计算机和软件系统以及专业技术人员, 由于设备技术复杂性部件结构的独特性以及软件知识产权的保护措施、第三方无法实现此项服务, 且生产厂家或厂家授权单位能够提供相应的服务, 具有唯一性, 依据《政府采购法》和74号令之规定同意采用单一来源采购方式进行采购。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">冯方</div> <div style="width: 35%;">日期 2014年11月22日</div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 茹晓梅
	职称: 副主任技师
	工作单位: 乌鲁木齐市友谊医院
项目信息	项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院瓦里安医用直线加速器维保服务项目
	供应商名称: 重庆市和湘医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>该项目为医院现有设备瓦里安医用直线加速器维保服务, 作为大型诊断设备, 维修和更换部件的质量至关重要, 我单位作为器械使用厂家, 严格按照厂家的要求, 目前是在瓦里安原厂服务机构可以提供的合格产品中符合国家标准和企业标准, 有直接渠道, 稳定条件, 并且是原厂备件和服务能力, 是各厂家的设备专用维修, 是原厂维修培训合格资质的工程师, 因此是在瓦里安原厂服务机构或授权服务机构的符合并满足以上需求, 故同意从具有合法授权的供应商处采购此服务。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">  </div> <div style="width: 35%;"> 日期: 2024年11月22日 </div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 翔 丽娟	
	职称： 主任 医师	
	工作单位： 乌鲁木齐市第一人民医院（10 部医院）	
项目信息	项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院瓦里安医用直线加速器维保服务项目	
	供应商名称：重庆市和湘医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>该院拟采购的瓦里安医用直线加速器维保服务项目，该设备属于大型精密医疗诊断设备。为保证系统的图像质量和设备稳定性，必须采用原厂配件和经过专业培训、具备专业技能的人员进行日常维护和保养。重庆市和湘医疗器械有限公司做为新疆瓦里安医用加速器的唯一授权经销商，其所提供的服务备件，具备唯一不可替代性。其它厂家的配件无法匹配使用。为保证设备正常运行，提高日常使用开机率。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、748号《政府采购非招标采购管理办法》之相关规定。同意采用单一来源采购方式进行采购。</p>	
专业人员签字	翔 丽娟	日期 2024年 11月 22日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。