

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张云峰	
	职称: 工程师	
	工作单位: 自治区人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院(新疆维吾尔自治区自治区肿瘤防治研究所)等离子前列腺电切镜采购项目	
	供应商名称: 新疆聚达药业有限公司	
专业人员论证意见	采购人新疆医科大学附属肿瘤医院拟采购等离子电切镜,该设备主要用于前列腺疾病的手术治疗,要求具备非球面光学视管,可高温高压消毒,可用生理盐水灌注,且电切时无需负极板等参数条件,该设备需与医院现有奥林巴斯电刀配合使用才可实现等离子电切功能,为保证实现以上功能,满足医院手术工作的正常开展,根据政府采购法第26条及74号令非公开招标相关规定,同意采用单一来源方式进行招标采购	
专业人员签字	张云峰	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王清	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 新医大一附院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院(新疆维吾尔自治区自治区肿瘤防治研究所)等离子前列腺电切镜采购项目	
	供应商名称: 新疆聚达药业有限公司	
专业人员论证意见	医院拟采购等离子前列腺电切镜, 该电切镜是与医院现有奥林巴斯高频电刀可以实现电切功能, 用生理盐水灌流, 电切时不需要负极板. 目前其它品牌的电切镜无法和医院现有电刀配套使用. 根据《政府采购法》第31条相关规定, 只能采用单一来源方式. 故同意授权经销商新疆聚达药业有限公司采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	王清	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 盖岩峰	
	职称: 高工	
	工作单位: 自治区第三人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院(新疆维吾尔自治区自治区肿瘤防治研究所)等离子前列腺电切镜采购项目	
	供应商名称: 新疆聚达药业有限公司	
专业人员论证意见	本项目采购的产品为医院现有品牌高频电刀配套使用的等离子前列腺电切镜,此采购项目可提高医院现有主机设备使用效率,减少医院资金投入。由于主机设备生产厂家知识产权和技术保护措施其他厂家的产品无法与用户现有主机匹配,该产品具有唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条;74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定,本项目的产品只能采用单一来源方式从厂家合法授权代理商处进行采购。	
专业人员签字	盖岩峰	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

