

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘振强
	职称: 副主任医师
	工作单位: 解放军第81医院
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第二附属医院检验试剂 (包 14 革兰阴性菌脂多糖检测试剂盒等) 采购项目
	供应商名称: 北京金山川科技发展有限公司
专业人员论证意见	现拟采购使用的仪器设备为金山川真细菌脂多糖检测仪,型号:MB-80x。因设备生产厂家知识产权保护措施,其他厂家的革兰阴性菌脂多糖检测试剂盒无法与用户现有设备匹配使用,产品具有唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条,《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)的相关规定。同意采用单一来源方式从合法授权代理商处进行采购。
专业人员签字	刘振强 日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈和	
	职称: 高级检验师	
	工作单位: 自治区人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第二附属医院检验试剂 (包 14 革兰阴性菌脂多糖检测试剂盒等) 采购项目	
	供应商名称: 北京金山川科技发展有限公司	
专业人员论证意见	该院拟购置的革兰阴性菌脂多糖检测试剂是与该院现有的金山川真菌细菌动态检测仪相配套使用, 该设备检测率为 100%。其血浆葡萄糖检测灵敏度与特异性为 100%。基于其检测原理, 能快速检测出真菌葡萄糖。目前, 由于技术保护等因素, 其核心技术在并未对外开放, 因此该设备为封闭系统。其配套的试剂只能专机专用, 其它第三方的试剂无法与该院现有的设备配套完成检测。根据《中华人民共和国政府采购法》第 31 条以及 74 号令的相关规定, 同意采用单一来源的方式购置。	
专业人员签字		日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吕子平	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 武警医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学第二附属医院检验试剂 (包 14 革兰阴性菌脂多糖检测试剂盒等) 采购项目	
	供应商名称: 北京金山川科技发展有限公司	
专业人员论证意见	证明拟采购的革兰阴性菌脂多糖、真菌(3)-β-D-葡萄糖检测试剂, 要求须与已使用的金山川MB-80X型真菌细菌动态检测试剂相匹配, 由于该产品技术的独特性和知识, 知识产权保护措施, 无替代品, 属于专用, 产品具有唯一性, 只能由厂家或厂家授权供应商供货, 根据《政府采购法》第三十一条第一款和《财办(2015)101号》规定, 同意采用单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	吕子平	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

序号	耗材名称
1	革兰阴性菌脂多糖检测试剂盒（光度法）（显色法）
2	真菌（1-3）- β -D 葡聚糖检测试剂盒（光度法）（显色法）

冯子尧 陈 刘批为