

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 黄玲	
	职称: 研究员	
	工作单位: 新疆出入境检验检疫局技术中心	
项目信息	项目名称: 支气管镜维修服务	
	供应商名称: 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司西安维修分公司	
专业人员论证意见	医院现有奥林巴斯(BF-260)1内 镜支气管镜,因工作需要,需进 行先端插入组件、插入部护套 SW1按钮、内窥镜底部开关盒 LG蛇管、EL连接座组件的更换 为保证设备的正常使用,检验结 果的准确性,需从原厂或提供 维修等服务。根据《政府采购法》 第三十一条和74号令规定,同意由 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 西安维修分公司开展支气管镜维修服务。	
专业人员签字	黄玲	日期 年 月 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 贺 丰	
	职称: 高 工	
	工作单位: 新医大五医院	
项目信息	项目名称: 支气管镜维修服务	
	供应商名称: 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司西安维修分公司	
专业人员论证意见	本项目拟采购支气管镜维修服务, 医院现有设备为奥林巴斯生产的BF-260, 目前设备发生故障, 需更换先端插入组件, 插入部护套, SWI按钮, 开关盒, LG蛇管, EL连接座组件。由于知识产权保护, 所需更换的备件不可替代, 专机专用, 根据《中华人民共和国政府采购法》第31条, 财政部74号令, 同意采用单一来源方式, 从生产厂家采购, 满足临床需要。	
专业人员签字	贺 丰	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘振强	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 解放军第18医院	
项目信息	项目名称: 支气管镜维修服务	
	供应商名称: 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司西安维修分公司	
专业人员论证意见	刘医生有支气管镜为奥林巴斯生产的BF-260型, 因长期使用部分配件损坏, 影响正常工作, 现需更换: 先端插入组件, 插入部护套, SWI按钮, 内窥镜底部开关盒, LG蛇管, 和EL连接座组件, 因知识欠缺和技术保护措施, 其他品牌的上述配件无法在原医院的支气管镜使用, 只能从原厂购买配件和维修服务, 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条, 《政府采购法实施条例》第二十条(对供应商的资格要求)的相关规定, 同时单一来源采购方式从原厂购买配件和维修服务。	
专业人员签字	刘振强	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。