

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	胡琼	
	职称:	主任药师	
	工作单位:	乌鲁木齐市疾控中心	
项目信息	项目名称:	Dionex 自动采样器	
	供应商名称:	新疆润泽物科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 乌鲁木齐市CDC拟采购的“Dionex自动采样器”项目,为该中心现在用的“赛默飞世尔离子色谱仪(ICS-5000)”主机使用的配套耗材,由于知识产权及技术方面的限制措施,其他品牌的产品均不能匹配替代使用,产品具有唯一性,为使用使用的色谱仪正常运行,根据《政府采购货物和服务招标投标法》第31条,74号令有关单一来源采购的相关规定,同意采用单一来源方式采购,从经财政部门授权的供应商处进行采购。		
专业人员签字	胡琼	日期	年 月 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	刘军
	职称:	生化技师
	工作单位:	乌市第一人民医院
项目信息	项目名称:	Dionex自动进样器
	供应商名称:	新疆润泽生物科技有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 乌市疾病预防控制中心,本次拟为现有在用的ICS-5000离子色谱仪采购配套的Dionex自动进样器,该产品属设备的附件,其它品牌的类似产品无法替代,具有唯一性,根据《政府采购法》第三十一条,74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定,同意采用单一来源方式从原厂授权的供应商处采购与仪器配套的产品。	
专业人员签字	刘军	日期 年 月 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李玉兰	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 自治区职业病防治所	
项目信息	项目名称: Dionex 自动进样器	
	供应商名称: 新疆诚谱生物科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)	
	该项目技术要求: 样品量能放置 10ml, 10ml 样品瓶及 96 孔板. 进样精度: RSD < 0.3%. 常有样品盘保护装置. 拟采购的进样器需与 该单位现使用的赛默飞世尔离子色谱仪. (型号ICS-5000). 配套使用. 属于主设备的配件. 软件. 具有唯一性. 其他品牌无法配套使用. 根据《政府采购法》第三十一条. 74号令的相关规定同意采用单一来源方式. 从原设备供应商处采购	
专业人员签字	李玉兰	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。