

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 贺 丰	
	职称: 高 工	
	工作单位: 新 医 大 五 附 院	
项目信息	项目名称: 测序试剂采购项目	
	供应商名称: 通用技术(新疆)医药有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本项目拟采购新冠病毒多重 PCR 建库 试剂盒套装, DNB SEQ 一步法 DNB 制备试剂盒, CPAS 条形码引物 4 试剂盒, 高通量快速测序试剂盒, 双 barcode 环化试剂盒, CPAS 条形码引物试剂盒, 胶垫, MGISP-100 耗材包, 高通量快速测序试剂盒 (FCSP100), 高通量快速测序试剂盒 (FCSP150), RNA 文库制备试剂盒, Fast 酶切 DNA 文库制备试剂盒, 医院现有设备是武汉华大智造科技有限公司生产的 ATOPlex RNA 多重 PCR 检测设备, 该设备使用的试剂耗材专机专用, 不可替代, 为满足医院需求, 同意采用单一来源方式从原厂授权的经销商处采购。	
专业人员签字	贺 丰	日期 2025 年 4 月 17 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李玉兰	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 自治区疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 测序试剂采购项目	
	供应商名称: 通用技术(控股)医药有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该采购项目的测序试剂: 新型冠状病毒核酸测序试剂盒套装, MBSER-1号法DNA测序试剂盒, GPAS条形码引物4试剂盒, 高通量测序试剂套装, 双Barcode试剂盒, GPAS条形码引物3试剂盒V2.0, 胶垫, MGISEP-100通用耗材枪, 高通量测序试剂套装, 高通量快速测序试剂套装 (F-CPE150), RNA文库测序试剂套装, Fse酶切DNA文库测序试剂套装, 高通量测序使用的华大MGISEQ-2000 RS测序仪配套使用, 该产品技术的独特性和知识产权的依赖性, 产品具有唯一性, 其他品牌同类产品无配套使用, 仅能从原厂授权的通用技术(控股)医药有限公司供应商处获取, 根据《政府采购法》第三十一条和74条相关规定, 同意采用单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	李玉兰	日期: 2025年4月17日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙莉	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 兵团医院	
项目信息	项目名称: 测序试剂采购项目	
	供应商名称: 通用技术(新疆)医药有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 拟采购项目: 新冠病毒多重PCR建库试剂套装V3.1; DNBSEQ一步法DNB制备试剂盒; CPAS条形码引物4试剂盒; 高通量快速测序试剂套装(FCSSE100); 2xbarcode环化试剂盒; CPAS条形码引物3试剂盒V2.0; 胶垫(胶封垫); MGISP-100通用耗材; 高通量快速测序试剂套装(FCSPE100); 高通量快速测序试剂套装(FCSPE150); RNA文库制备试剂套装; Fast酶切DNA文库制备试剂套装。上述产品只有通用技术(新疆)医药有限公司获得厂商唯一授权资格, 且上述产品适配目前该院使用的检测设备。只从通用技术(新疆)医药有限公司采购, 符合单一来源的采购条件, 根据74号令单一来源采购的相关规定, (建议)同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	孙莉	日期 2025年4月17日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。