

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：马家静	
	职称：主任医师	
	工作单位：新疆生产建设兵团第五师医院	
项目信息	项目名称：石河子大学第一附属医院进口单气囊电子小肠内窥镜采购项目	
	供应商名称：新疆济圣泰电子科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>此次采购项目是单气囊电子小肠内窥镜，需要与电子内镜主机配合才能使用。据了解，石河子大学第一附属医院内镜中心目前的电子内镜主机只有奥林巴斯品牌和开立品牌。而这两个品牌厂家只有奥林巴斯生产单气囊电子小肠内窥镜。为充分保障拟购置设备的兼容使用，只能单一来源采购奥林巴斯品牌单气囊电子小肠内窥镜。</p>	
专业人员签字	马家静	日期 2024年 12 月 23 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：王丕胜	
	职称：主任医师	
	工作单位：伊犁州奎屯医院	
项目信息	项目名称：石河子大学第一附属医院进口单气囊电子小肠内窥镜采购项目	
	供应商名称：新疆济圣泰电子科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>石河子大学第一附属医院拟采购单气囊电子小肠内窥镜，必须与搭配科室内现有的品牌且能兼容的高清电子内镜系统主机使用。目前只有奥林巴斯生产单气囊电子小肠内窥镜。新疆济圣泰电子科技有限公司为奥林巴斯授权石河子大学第一附属医院的唯一代理商，鉴于该项目只有唯一的供应商可以提供，根据国家相关规定，故采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	王丕胜	日期 2024 年 12 月 24 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：田红丽	
	职称：主任医师	
	工作单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院	
项目信息	项目名称：石河子大学第一附属医院进口单气囊电子小肠内窥镜采购项目	
	供应商名称：新疆济圣泰电子科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>因医院消化科原有奥林巴斯主机，拟采购与原主机匹配兼容的单气囊电子小肠内窥镜，须继续采购奥林巴斯生产的单气囊电子小肠内窥镜。此品牌设备仅新疆济圣泰电子科技有限公司供货，符合《政府采购法》第三十一条第一款的相关规定，建议贵院申请单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	田红丽	日期 2024年 12月 24日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：刘飞	
	职称：主任医师	
	工作单位：新疆生产建设兵团兵团第九师医院	
项目信息	项目名称：石河子大学第一附属医院进口单气囊电子小肠内窥镜采购项目	
	供应商名称：新疆济圣泰电子科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>目前该院使用的是奥林巴斯生产的高清电子内窥镜主机，预购的单气囊电子小肠内窥镜，其它品牌无法匹配现有高清电子内窥镜主机，为确保现有高清电子内窥镜主机与预采购的单气囊电子小肠内窥镜的兼容性，建议采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	刘飞	日期2024年12月24日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：朱延军	
	职称：律师	
	工作单位：新疆梦维律师事务所	
项目信息	项目名称：石河子大学第一附属医院进口单气囊电子小肠内窥镜采购项目	
	供应商名称：新疆济圣泰电子科技有限公司	
专业人员论证意见	因本项目2次在公开招标投标截止时间后只有一家投标供应商(新疆济圣泰电子科技有限公司)递交响应文件,依据《新疆生产建设兵团单一来源采购方式管理暂行办法》第一章第四条第一款“采用公开竞争的项目,投标截止后没有供应商参与竞标或者没有合格标;或者投标人只有一家或者通过资格审查或符合性审查的投标人只有一家,需要采用单一来源采购方式的”,因此,依据本办法建议采购方式变更为单一来源采购。	
专业人员签字	朱延军	日期 2024年12月23日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。