

关于城区社区卫生服务中心单一来源采购血细胞分析仪和生化仪配套试剂的说明

城区社区卫生服务中心检验科所使用的血细胞分析仪和生化仪配套试剂（迈瑞），目前市面同类分析仪所用的试剂均为专机专用，无其他品牌可以替代，故采用单一来源方式采购。

特此说明！

石河子市城区社区卫生服务中心

2025 年 3 月 10 日



迈瑞血细胞分析仪、生化分析仪试剂明细表

序号	产品名称(品种)	型号规格	单位	生产厂家	预算单价(元)	数量	合计(元)
1	M-58LBA溶血剂	4L	瓶	迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2400	30	72000
2	M-58LH	3L	瓶	迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2400	30	72000
3	M-58LE01溶血剂	4L	瓶	迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2400	20	48000
4	11458M-5D稀释液	20L/箱	箱	迈瑞生物医疗电子股份有限公司	288	60	17280
5	M-58LE0(II)溶血剂	1L	箱	迈瑞生物医疗电子股份有限公司	1750	20	35000
6	11489探头清洗液	50ml	瓶	迈瑞生物医疗电子股份有限公司	100	70	7000
7	生化免疫分析仪用酸清洗液A	6瓶*55ml	盒	迈瑞生物医疗电子股份有限公司	211.2	10	2112
8	生化免疫分析仪用碱清洗液B	6瓶*55ml	盒	迈瑞生物医疗电子股份有限公司	211.2	10	2112
9	生化分析仪用清洗液CD80	1Lx12瓶	瓶	迈瑞生物医疗电子股份有限公司	250	20	5000
10	探头清洁液	50ml	瓶	迈瑞生物医疗电子股份有限公司	110	16	1760

合计金额: 262264

石河子城区社区卫生服务中心

2025年3月6日

附件 3:

单一来源采购方式申请表

申请单位（公章）：新疆生产建设兵团第八师城区社区卫生服务中心

经办人：江丽

联系电话：13999333828

2025 年 3 月 10 日



采购人 (申请单位)	新疆生产建设兵团第八师城区社区卫生服务中心		
采购项目 名称	新疆生产建设兵团第八师城区社区卫生服务中心 采购血细胞分析仪和生化仪配套试剂	项目预算 (万元)	26.2264
项目概况	新疆生产建设兵团第八师城区社区卫生服务中心计划采购血细胞和生化仪分析仪配套试剂（迈瑞），该试剂为专机专用，其他品牌试剂无法替代。		
拟申请唯一 供应商	名称	新疆兆年贸易有限公司	
	地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区头屯河区维泰南路燕山街 88 号银河财智中心办公 A607 室	
申请单一 来源采购 方式的理 由	☒ 1. 因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购的； ☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐ 3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的； ☐ 4. 公开招标过程中提交投标文件或经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有一家的（有其他符合资格条件的供应商拟参与投标的除外）。		
主管 部门 意见	申请单位的主管预算单位意见： 分管领导(签字)： (公章)		
财政 部门 审核 意见	分管领导(签字)： 审核人： 联系电话： 年 月 日		

填报说明：

- 1、本表中的主管预算单位是指采购人的上级主管部门（一级预算单位）。
- 2、在“申请单一来源采购方式的理由”所列项目前的“□”中选择打“√”。
- 3、本表一式两份填报，申请单位填写（可打印）后加盖公章，经主管预算单位批准报送财政部门

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张琳	
	职称: 副主任检验技师	
	工作单位: 石河子经济技术开发区医院	
项目信息	项目名称: 石河子市城区社区卫生服务中心(第八师石河子市总医院城中分院) 迈瑞血常规和生化分析仪配套试剂采购	
	供应商名称: 新疆兆年贸易有限公司	
专业人员论证意见	迈瑞血常规和生化分析仪采用特定的控制原理,其配套试剂为原厂专有配方,需与仪器之度匹配,第三方试剂可能导致: 1. 检测结果偏差,影响临床诊断准确性 2. 仪器故障频发或故障率升高 3. 厂家拒绝提供保修服务 从其他品牌试剂实际同法检测的结果和故障率。 该试剂长期使用中表现稳定,与实验室现有标准操作程序无缝对接。	
专业人员签字	张琳	日期 2025 年 4 月 16 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李金霞	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 石河子绿洲医院	
项目信息	项目名称: 石河子市城区社区卫生服务中心(第八师石河子市总医院城中分院) 迈瑞血常规和生化分析仪配套试剂采购	
	供应商名称: 新疆兆年贸易有限公司	
专业人员论证意见	迈瑞仪器, 因使用原装配套试剂, 保证检测结果准确性。其试剂体系完整, 可以杜绝试剂、试剂品、耗材品、材料等, 保证检测质量, 确保检测结果准确。其试剂品牌又与医院同属迈瑞, 品质有保障。故建议采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	李金霞	日期 2015年4月16日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 田超	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 石河子市人民医院	
项目信息	项目名称: 石河子市城区社区卫生服务中心(第八师石河子市总医院城中分院) 迈瑞血常规和生化分析仪配套试剂采购	
	供应商名称: 新疆兆年贸易有限公司	
专业人员论证意见	1. 迈瑞血常规分析仪: 设备的检测原理、血细胞识别分类、定量计数方法学、结果的准确性和精密性、质控流程等因素, 建议首选单一来源采购方式采购配套试剂。 2. 迈瑞生化分析仪: 同上原因。 3. 检验科人员认为, 为同配套试剂和设备检测维护保养, 对结果稳定性和可比性, 首选单一来源采购方式采购。	
专业人员签字	田超	日期 2025年 4月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

SQWJ-184

授权书

【新疆秦泰医疗设备有限公司】作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司【血球、生化、发光、凝血配套试剂】在全疆的区域独家代理，现我公司授权【新疆兆年贸易有限公司】于【石河子市城区社区卫生服务中心（第八师石河子市总医院城中分院）】已装机的【详见附件一】的设备配套试剂供应。我司将按照与【新疆兆年贸易有限公司】合同约定按时、按质、按量提供货物。

本授权的有效期截至 2025 年 12 月 31 日。

（注：在本授权协议期内【新疆兆年贸易有限公司】就该设备试剂及耗材应从【新疆秦泰医疗设备有限公司】采购，授权期内如违反本内容，我公司有权利停止本授权，并追究责任。）

附件一：

序号	医院名称	设备名称	设备型号	设备序列号
1	石河子市城区社区卫生服务中心 （第八师石河子市总医院城中分院）	全自动生化分析仪	BS-830	BA6-2A002968
2	石河子市城区社区卫生服务中心 （第八师石河子市总医院城中分院）	五分类血液细胞分析仪	BC-5600	RX-6A001537

授权单位：新疆秦泰医疗设备有限公司

授权日期：2025 年 04 月 02 日

