

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 徐拥春	
	职称： 副主任技师	
	工作单位： 域中医院	
项目信息	项目名称：石河子绿洲医院全自动生化分析仪和电化学发光分析仪用配套试剂及耗材采购	
	供应商名称：新疆元和丰医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	石河子绿洲医院目前在用全自动生化分析仪品牌为罗氏 C501, 全自动电化学发光分析仪为罗氏 e601, 现需采购生化分析仪和电化学发光分析仪用配套试剂及耗材。因这两个设备试剂及耗材均为专用, 其他品牌试剂及耗材无法与设备匹配, 配套试剂由专业制造商生产, 遵循严格的质量控制标准, 这些试剂经过多次验证和优化, 以确保在特定仪器上的最佳性能。使用这些试剂可以最大程度地降低因试剂质量问题导致的检测结果误差。 为了保证检测结果准确, 设备正常工作, 更好的达到检测需要的性能要求, 满足三甲等专科医院检查的需求, 需要使用与仪器配套的试剂及耗材, 因此, 需要以单一来源方式购入与现有仪器配套的试剂及耗材。	
专业人员签字	徐拥春	日期 2025 年 2 月 5 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张峰	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 石河子大学第一附属医院	
项目信息	项目名称: 石河子绿洲医院全自动生化分析仪和电化学发光分析仪用配套试剂及耗材采购	
	供应商名称: 新疆元和丰医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	石河子绿洲医院目前在用全自动生化分析仪品牌为罗氏C501, 全自动电化学发光分析仪为罗氏e601, 现需采购此分析仪和电化学发光分析仪用配套试剂及耗材。因这两个试剂及耗材均为罗氏专用, 其他品牌试剂及耗材无法与设备匹配。只有使用原厂原装试剂及耗材, 才能保证检测结果准确性, 避免因试剂及耗材质量问题导致检测结果不准确, 给患者带来风险。 试剂及耗材具有罗氏专用性, 保证检测质量和降低采购风险等优点, 且市场上无其他可替代产品。因此, 建议采用单一来源采购方式, 从该供应商处采购试剂。同时, 应加强对供应商的监督管理, 确保采购过程的透明度和公正性。	
专业人员签字	张峰	日期 2025年2月5日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙伟
	职称: 副主任技师
	工作单位: 石河子人民医院
项目信息	项目名称: 石河子绿洲医院全自动生化分析仪和电化学发光分析仪用配套试剂及耗材采购
	供应商名称: 新疆元和丰医疗器械有限公司
专业人员论证意见	石河子绿洲医院目前全自动生化分析仪品牌为罗氏C501, 全自动电化学发光分析仪为罗氏E601. 现需采购生化分析仪和电化学发光分析仪用配套试剂及耗材. 生化分析仪采用光电比色原理测量血液、体液中各种溶质成分或浓度的仪器, 具有线性范围宽、准确度高、消耗试剂量少等特点. 生化分析仪的配套试剂和耗材往往与仪器本身存在紧密的技术联系, 使用非配套产品可能导致检测结果不准确或仪器故障. 电化学发光分析仪是一种基于电化学发光原理的测量仪器, 能够测量样品中的特定还原性或氧化性物质. 电化学发光分析仪的配套试剂和耗材同样需要与仪器本身具有相应的技术匹配性以确保检测结果的准确性和稳定性. 因此, 需要以单一来源采购与现有仪器配套的原装试剂及耗材.
专业人员签字	孙伟 日期 2025 年 2 月 5 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。