

政府采购进口产品及使用单一来源方式采购所属行业主管部门意见

一、基本情况

申请单位	石河子市中心血站
拟采购产品名称	石河子市中心血站一次性使用血液成分制备及采集耗材采购项目
拟采供应商	新疆润耀海洋商贸有限公司
采购项目所属项目名称	政府集中采购目录A11080199、其它医用材料
采购项目所属项目金额	633940元
采购方式	单一来源

二、申请理由

☒ 1. 中国境内无法获取：

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：

☐ 3. 其他：

原因阐述：1、我单位采集成分血血小板使用的血液成分分离机全部为进口设备，主要使用型号为Terumo单臂这些设备在工作中需要使用专机专用的一次性配套耗材，该配套耗材目前国内没有生产，也没有同类产品供应。配套专用耗材，对单个献血者直接进行血液成分分离，并提取一个或者两个治疗单位的去除白细胞（白细胞含量 $<1.0 \times 10^6$ 单位）的血小板成分，用于医院临床患者救治，该技术指标目前尚无国产同类产品能够达到。2、血细胞处理系统：设备型号Blood、进口，主要用于冰冻及解冻红细胞，需要专机专用的一次性配套血细胞分离器（管路），目前国内尚无替代产品。3、无菌接驳机品牌：Sterils、进口配套专用一次性使用溶接片（在开放的环境下将含有活性血液成分的一次性管路连接在一起），目前国内尚无替代产品。以上三种耗材都是泰尔茂比司特有限公司的产品。

三、进口产品所属行业主管部门意见

同意采购意见。



20 年 月 日

政府采购进口产品并采用单一来源方式采购专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	石河子市中心血站
拟采购产品名称	石河子市中心血站一次性使用血液成分制备及采集耗材采购项目
拟使用采购方式	单一来源
拟定供应商	新疆润耀海泽商贸有限公司
拟采购产品金额	633940 元
采购项目所属项目名称	政府集中采购目录 A11080199、其它医用材料
采购项目所属项目金额	633940 元
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取	✓
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3. 其他。	
原因阐述: 1、我单位采集成分血血小板使用的血液成分分离机全部为进口设备, 主要使用型号为 Terumo 单臂这些设备在工作中需要使用专机专用的一次性配套耗材, 该配套耗材目前国内没有生产, 也没有同类产品供应。配套专用耗材, 对单个献血者直接进行血液成分分离, 并提取一个或者两个治疗单位的去除白细胞(白细胞含量$<1.0 \times 10^8$单位)的血小板成分, 用于医院临床患者救治, 该技术指标目前尚无国产同类产品能够达到。2、血细胞处理系统: 设备型号 Blood、进口, 主要用于冰冻及解冻红细胞, 需要专机专用的一次性配套血细胞分离器(管路), 目前国内尚无替代产品。3、无菌接驳机品牌: Sterils、进口配套专用一次性使用溶接片(在开放的环境下将含有活性血液成分的一次性管路连接在一起), 目前国内尚无替代产品。以上三种耗材都是泰尔茂比司特有限公司的产品。	
三、专家论证意见	
1. 进口血液成分分离机可以固定或移动的场合同时采集多种血液成分产品, 为合理开发利用血液资源, 提高献血者安全性, 保证采血和用血安全性, 提高血站产品质量提供了选择。 2. 优势: 可以同时对一名献血者身上收集任意组合的血浆、血小板、红细胞成分。 3. 进口血液成分分离机有独有的安全盒设计, 可以为献血者提供安全的献血环境, 通过限制最大流速等参数, 降低献血者视线不良应操作。 专家签字: 刘克军 2025 年 3 月 5 日	
工作单位: 石河子大学第一附属医院	职称: 主任医师 电话: 15309935515



政府采购进口产品并采用单一来源方式采购专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	石河子市中心血站
拟采购产品名称	石河子市中心血站一次性使用血液成分制备及采集耗材采购项目
拟使用采购方式	单一来源
拟定供应商	新疆润耀海洋商贸有限公司
拟采购产品金额	633940 元
采购项目所属项目名称	政府集中采购目录 A11080199、其它医用材料
采购项目所属项目金额	633940 元
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取	✓
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3. 其他。	
原因阐述: 1、我单位采集成分血血小板使用的血液成分分离机全部为进口设备, 主要使用型号为 Terumo 单臂这些设备在工作中需要使用专机专用的一次性配套耗材, 该配套耗材目前国内没有生产, 也没有同类产品供应。配套专用耗材, 对单个献血者直接进行血液成分分离, 并提取一个或者两个治疗单位的去除白细胞(白细胞含量$<1.0 \times 10^6$单位)的血小板成分, 用于医院临床患者救治, 该技术指标目前尚无国产同类产品能够达到。2、血细胞处理系统: 设备型号 Blood、进口, 主要用于冰冻及解冻红细胞, 需要专机专用的一次性配套血细胞分离器(管路), 目前国内尚无替代产品。3、无菌接驳机品牌: Sterils、进口配套专用一次性使用溶接片(在开放的环境下将含有活性血液成分的一次性管路连接在一起), 目前国内尚无替代产品。以上三种耗材都是泰尔茂比司特有限公司的产品。	
三、专家论证意见	
中心血站现有血液成分分离机为进口设备, 此设备用于开展血细胞单采治疗, 需要使用一次性使用血细胞分离器耗材, 在使用过程中能满足血液成份采集相关要求, 可以有效保证检查检验效果满足临床使用者对血小板的要求。 专家签字: 柯永刚 2025.3.5 工作单位: 石河子市妇幼保健院 职称: 副主任医师 电话: 13565557600	

政府采购进口产品并采用单一来源方式采购专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	石河子市中心血站
拟采购产品名称	石河子市中心血站一次性使用血液成分制备及采集耗材采购项目
拟使用采购方式	单一来源
拟定供应商	新疆润耀海泽商贸有限公司
拟采购产品金额	633940 元
采购项目所属项目名称	政府集中采购目录 A11080199、其它医用材料
采购项目所属项目金额	633940 元
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取	✓
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3. 其他。	
原因阐述: 1、我单位采集成分血血小板使用的血液成分分离机全部为进口设备, 主要使用型号为 Terumo 单臂这些设备在工作中需要使用专机专用的一次性配套耗材, 该配套耗材目前国内没有生产, 也没有同类产品供应。配套专用耗材, 对单个献血者直接进行血液成分分离, 并提取一个或者两个治疗单位的去除白细胞(白细胞含量$<1.0 \times 10^8$单位)的血小板成分, 用于医院临床患者救治, 该技术指标目前尚无国产同类产品能够达到。2、血细胞处理系统: 设备型号 Blood、进口, 主要用于冰冻及解冻红细胞, 需要专机专用的一次性配套血细胞分离器(管路), 目前国内尚无替代产品。3、无菌接驳机品牌: Sterils、进口配套专用一次性使用溶接片(在开放的环境下将含有活性血液成分的一次性管路连接在一起), 目前国内尚无替代产品。以上三种耗材都是泰尔茂比司特有限公司的产品。	
三、专家论证意见	
血站血液成分分离机为进口设备, 型号为 Terumo 单臂这些设备在工作中需要使用专机专用的一次性配套耗材, 该设备目前国内没有生产, 也没有同类产品供应。本次招标该设备三种耗材, 且国内尚无替代产品, 需使用泰尔茂比司特有限公司的产品。 专家签字: 陈大刚 2025 年 5 月 4 日 工作单位: 石河子大学附属医院 职称: 主任医师 电话: 138 9950 7762	

政府采购进口产品并采用单一来源方式采购专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	石河子市中心血站
拟采购产品名称	石河子市中心血站一次性使用血液成分制备及采集耗材采购项目
拟使用采购方式	单一来源
拟定供应商	新疆润耀海洋商贸有限公司
拟采购产品金额	633940 元
采购项目所属项目名称	政府集中采购目录 A11080199、其它医用材料
采购项目所属项目金额	633940 元
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取	✓
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3. 其他。	
原因阐述: 1、我单位采集成分血血小板使用的血液成分分离机全部为进口设备, 主要使用型号为 Terumo 单臂这些设备在工作中需要使用专机专用的一次性配套耗材, 该配套耗材目前国内没有生产, 也没有同类产品供应。配套专用耗材, 对单个献血者直接进行血液成分分离, 并提取一个或者两个治疗单位的去除白细胞(白细胞含量$<1.0 \times 10^8$单位)的血小板成分, 用于医院临床患者救治, 该技术指标目前尚无国产同类产品能够达到。2、血细胞处理系统: 设备型号 Blood、进口, 主要用于冰冻及解冻红细胞, 需要专机专用的一次性配套血细胞分离器(管路), 目前国内尚无替代产品。3、无菌接驳机品牌: Sterils、进口配套专用一次性使用溶接片(在开放的环境下将含有活性血液成分的一次性管路连接在一起), 目前国内尚无替代产品。以上三种耗材都是泰尔茂比司特有限公司的产品。	
三、专家论证意见	
管路、一次性分离片、熔接片、一次性血细胞分离器为专机专用耗材, 无其他可替代产品, 现用与站内设备配套的管路在开展自体血回收过程中, 能够最大程度的避免异体血小板输注产生的排异反应及血小板输注无效的情况发生, 为临床抢救提供更优质的血小板服务, 是目前所有产品品牌都做不到的, 因此只能采购进口产品并采用单一来源方式采购。 专家签字: 郑春冬 2025 年 3 月 24 日	
工作单位: 石河子市公共资源交易中心 职称: 高级工程师 电话: 13579405728	

政府采购进口产品并采用单一来源方式采购专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	石河子市中心血站
拟采购产品名称	石河子市中心血站一次性使用血液成分制备及采集耗材采购项目
拟使用采购方式	单一来源
拟定供应商	新疆润耀海泽商贸有限公司
拟采购产品金额	633940 元
采购项目所属项目名称	政府集中采购目录 A11080199、其它医用材料
采购项目所属项目金额	633940 元
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取	✓
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述：1、我单位采集成分血血小板使用的血液成分分离机全部为进口设备，主要使用型号为 Terumo 单臂这些设备在工作中需要使用专机专用的一次性配套耗材，该配套耗材目前国内没有生产，也没有同类产品供应。配套专用耗材，对单个献血者直接进行血液成分分离，并提取一个或者两个治疗单位的去除白细胞（白细胞含量$<1.0 \times 10^6$单位）的血小板成分，用于医院临床患者救治，该技术指标目前尚无国产同类产品能够达到。2、血细胞处理系统：设备型号 Blood、进口，主要用于冰冻及解冻红细胞，需要专机专用的一次性配套血细胞分离器（管路），目前国内尚无替代产品。3、无菌接驳机品牌：Sterils、进口配套专用一次性使用溶接片（在开放的环境下将含有活性血液成分的一次性管路连接在一起），目前国内尚无替代产品。以上三种耗材都是泰尔茂比司特有限公司的产品。	
三、专家论证意见	
以上产品不属于《中国禁止进出口限制进口技术目录》禁止或限制进出口产品。经论证符合政府采购法和现行行政法	
专家签字：张兴华 2025年3月6日	
工作单位：新疆双塔律师事务所	职称：律师 电话：13199930228