

### 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>姜岩峰</u>	
	职称: <u>高工</u>	
	工作单位: <u>自治区第三人民医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>新疆生产建设兵团第九师医院电子胃肠镜主机采购项目</u>	
	供应商名称: <u>新疆济圣泰电子科技有限公司</u>	
专业人员论证意见	<p>医院现有奥林巴斯电子胃肠镜主机系统已使用多年, 设备出现明显老化现象, 故障高发, 已影响医院正常工作开展, 需要更换该设备的主机及光源系统, 为确保该设备现有配套使用的六条内窥镜继续工作, 需更换该设备的摄像系统和冷光源, 因设备生产厂家知识产权和技术保护措施, 其他厂商产品无法与用户现有主机系统匹配, 更无法使用, 产品具有唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》中的相关规定, 同意采用单一来源方式从合法授权代理商处进行采购。</p>	
专业人员签字	<u>姜岩峰</u>	日期: _____ 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

### 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李斌	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 军区药品仪器检验所	
项目信息	项目名称: 新疆生产建设兵团第九师医院电子胃肠镜主机采购项目	
	供应商名称: 新疆济圣泰电子科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>医院原有进口奥林巴斯电子胃肠镜(主机、光源和6条胃肠镜), 因使用年限和故障主机出现故障, 无法正常使用。该镜老化, 光源亮度不足, 需更换主机。因不同型号各主机胃肠镜的结构、接口、电电压流各不相同, 相互之间不能替换使用, 为使6条胃肠镜能正常使用, 满足临床NBI功能、特殊光塑造的需要, 需购置原厂主机和光源。因此, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十、七十四条《非招标采购方式管理办法》的相关规定, 同意采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	李斌	日期: _____年____月____日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

### 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘振勇	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 解放军第18师医院	
项目信息	项目名称: 新疆生产建设兵团第九师医院电子胃肠镜主机采购项目	
	供应商名称: 新疆济圣泰电子科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>医院现有电子胃肠镜品牌为“奥林巴斯”（含主机光源和6号胃肠镜），因使用年限和故障频发不能正常使用。经光源老化、亮灯缺失，目前需更换主机。由于不同厂家的主机、胃肠镜的结构接口、工作电压、电流各不相同，相互间不能兼容使用。为使6号胃肠镜继续使用，满足临床业务检查的需要，需购置光源主机和冷光源。因此，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条74号令《政府采购非招标采购办法》的相关规定，同意采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	刘振勇	日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。